

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 72888-18

Срок действия утверждения типа до 22 октября 2033 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Датчики давления ЭМИС-БАР

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Электронные и механические измерительные системы»
(АО «ЭМИС»), Челябинская обл., г.о.Челябинский, вн. р-н Курчатовский, г. Челябинск

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

-

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
РФ

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ЭБ 100.000.00 МП с изменением №2

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 6 лет для датчиков с пределами допускаемой
основной приведённой погрешности от $\pm 0,2$ % (включительно);
5 лет для датчиков с пределами допускаемой основной приведённой погрешности
от $\pm 0,04$ % до $\pm 0,2$ %

Изменения в сведения об утвержденном типе средств измерений внесены приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 5 июня 2025 г. N 1144.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00DA5E49256197DFD0010E9A12A923B5EB
Кому выдан: Кузьмин Александр Михайлович
Действителен: с 06.03.2025 до 30.05.2026

А.М.Кузьмин

«09» июня 2025 г.